

LOTTO - ALLEGATO_A_Requisiti minimi

PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI N.1 LASER A FIBRE DI TULLIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA UOC UROLOGIA DELL'A.O.R.N. “SAN PIO” DI BENEVENTO

Di seguito si riportano le caratteristiche di minima per strumentazione, software e reagenti da possedere a pena di esclusione.

STRUMENTAZIONE		
Descrizione a cura dell'Amministrazione	Compilazione a cura del Concorrente	
<i>Descrizione caratteristica</i>	<i>Requisito posseduto</i>	<i>Pag. del documento ove si evince il possesso del requisito</i>
Sub-Lotto 1: N. 1 LASER A FIBRA DI TULLIO		
Laser Chirurgico per il trattamento specifico delle patologie urologiche		
Sistema carrellato per la movimentazione, il posizionamento ed il trasporto intra-ospedaliero		
Dotato di pulsante di sicurezza per arresto macchina in emergenza		
Realizzato in materiale lavabile e facilmente disinfettabile		
Modalità funzionamento “pulsato”		
Potenza massima ≥ 120 W		
Frequenza massima ≥ 200 Hz		
Durata dell'impulso regolabile		
Alimentazione elettrica 202-240 V – 50 Hz		

Display per il monitoraggio della procedura per la visualizzazione contemporanea e continua dei principali parametri di lavoro		
Interfaccia utente caratterizzata da semplice e intuitiva selezione di funzioni ed impostazione con la gestione dei menù tipicamente in lingua italiana		
Luce guida di puntamento		
Dotato di comando a pedale per l'attivazione del laser e la modalità stand-by durante la procedura		
Sistema di raffreddamento interno integrato alla macchina		
Funzioni di esercizio: taglio e coagulo		
Riconoscimento automatico delle fibre inserite		
Sistemi di auto set e/o controllo delle principali funzionalità		
Software specifici per eseguire interventi di chirurgia urologica		
Software applicativo che consente la memorizzazione delle procedure chirurgiche standard e di quelle personalizzate ed in grado di richiamare le diverse procedure memorizzate		
Programmi preimpostati da modificare manualmente secondo le modalità continua o pulsata e per livelli di potenza		
Adeguati sistemi di controllo e di sicurezza operatore/paziente		
Sub-Lotto 2: MATERIALI DI CONSUMO		
Materiale di consumo necessario (esempio. Supporto Porta fibre, cappucci, taglierini, spela fibre, ecc) per le attività chirurgiche indicate nel Capitolato Speciale di gara		

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

Fibre monouso o pluriuso di diametro diversi sufficiente a garantire il fabbisogno espresso nel Capitolato Speciale di gara		
Set completi di adeguati sistemi di protezione per il personale di sala operatoria e per i pazienti, compresi di occhiali di protezione, adeguati alla lunghezza d'onda utilizzata e conformi alle norme UNI EN 207 e UNI EN 208 riguardanti le protezioni personali contro le radiazioni laser (in numero non inferiore a 7)		
Conformità alle norme UNI EN 60601-1 (CEI 62-5) e CEI 62-42		

Il Direttore della UOC Urologia, Dr. Luigi Salzano

Il Dirigente Responsabile U.O.S. Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111